

## 分析結果報告書

貴注文番号

平成23年12月28日

株式会社 フジイ 様

平成23年12月20日依頼を受けました  
試料について下記の通り報告致します。

環境計量証明事業登録 兵庫県計量第64号  
飲料水水質検査事業登録 兵庫県水第15号の9

有限会社 環研

T 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野1297番5

Tel. (079) 422-6448

Fax. (079) 422-0555

試料名 青空1号

分析項目	分析結果	分析方法	
高位発熱量 (kJ/kg)	22500	JIS 27302-2	
水分 (%)	2.36	JIS 27302-3	
灰分 (%)	5.75	JIS 27302-4	
全塩素分 (%)	0.18	JIS 27302-6	
硫黄分 (%)	0.25	JIS 27302-7	
	以下余白		

備考:

水分は湿ベースで、その他は乾燥ベースで表示しました。